

**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಣು ರವರು ನಿಯಮ 330ರಡಿ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ:**

ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕೌರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೈಫಾಲೆಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರ.)ಯ ಹೃದೋಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಬಡ ಹೃದೋಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ 9
ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಟ್‌ನಿಂತಿದ್ದರು ಇದುವರೆವಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ
ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೆ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇದರಿಂದ
ಬಡರೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೈಫಾಲೆಟಿ ಡಿ.ಎಂ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಂಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಪರ್
ಸ್ಪೈಫಾಲೆಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರ.)ಯ ಹೃದೋಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾತ್
ಲ್ಯಾಬ್ ಹೂಡಲೇ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಬಡ ಹೃದೋಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತರ:-

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೂಪರ್
ಸ್ಪೈಫಾಲೆಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದೋಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾತ್‌ಲ್ಯಾಬ್
ಉಪಕರಣವನ್ನು 2009 ರಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷ ಹಳೆದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸದರಿ ಉಪಕರಣದ ತಯಾರಕರಾದ M/s Siemens Healthcare Private Limited ರವರು ಕ್ಯಾತ್‌ಲ್ಯಾಬ್
ಉಪಕರಣವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೋರ್ಟ್ (end of Support) ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು
ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೈಫಾಲೆಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದೋಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ
ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾತ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಟ್‌ಪಿಟಿ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 24.01.2025ರಂದು ಸರಬರಾಜು
ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಹಳೆಯ Siemens ಕ್ಯಾತ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು Dismantling
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ
ಕ್ಯಾತ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬುನಾದಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಇಡಿ 119 ಎಂಎಂಸಿ 2025



(ಡಾ|| ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್)
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು
ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಚಿವರು